



**STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieście Lubawskim**

**WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MIENIEM**

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 24.09.2014 r.

AB.272.2.7.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na „dostawę toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” wybrano :

1. w zakresie części I – zestaw laparoskopowy:

Ofertę nr 1 : STRYKER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Uzasadnienie: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z SIWZ. Zaoferował najkorzystniejszą cenę mieszczącą się w ramach środków finansowych jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena, stanowi jednocześnie łączną punktację i wynosi: 100 pkt

Inne oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Numer oferty	Punktacja łączna
1.	AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	2	0

Jednocześnie na podst. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia, że oferta Nr 2 Wykonawcy AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaoferował kamerę endoskopową Full HD z 1 przetwornikiem wysokiej rozdzielczości typu CMOS zamiast z minimum 3 przetwornikami 1/3” wysokiej rozdzielczości typu CMOS jak zostało określone w siwz. Zamawiający nie dopuścił urządzeń o pogorszonych parametrach technicznych od opisanych w siwz.

2. w zakresie części II – narzędzie laparoskopowe do procedur TEP:

Ofertę Nr 2: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z SIWZ. Zaoferował najkorzystniejszą cenę mieszczącą się w ramach środków finansowych jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena, stanowi jednocześnie łączną punktację i wynosi: 100 pkt

Innych ofert nie złożono.

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jednak nie później niż do dnia upływu terminu związania ofertą.