



GM.272.1.68.2018

Nowe Miasto Lub., 17.12.2018 r.

**Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020**

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

**Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN, a jednocześnie o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**

**na „dostawę łóżek szpitalnych dla Projektu Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

*Zad. 1a*

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość wraz z krążkami odbojowymi 1070mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający odstąpi do wymogu przezierności leża dla RTG? Łóżko umożliwia wsunięcie kasety RTG pod materac, co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 125mm o przeznaczeniu szpitalnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie polegające na zaoferowaniu barierek aluminiowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 5**

Czy w rozumieniu pkt 18 i 19 Zamawiający dopuści wygodny pilot przewodowy z możliwością sterowania wszystkimi funkcjami łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w łóżku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w łóżku.

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pozycji krzesła kardiologicznego w łóżku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza brak pozycji krzesła kardiologicznego w łóżku.

*Zad. 1b*

#### **Pytanie nr 8**





Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość wraz z krążkami odbojowymi 970mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie polegające na zaoferowaniu barierek aluminiowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10**

Czy w rozumieniu pkt 15 i 16 Zamawiający dopuści wygodny pilot przewodowy z możliwością sterowania wszystkimi funkcjami łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu funkcji Trendelenburga i anty-Trandelenburga w łóżku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga funkcji Trendelenburga i anty-Trandelenburga w łóżku.

*Zad. 1c*

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość wraz z krążkami odbojowymi 970mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie polegające na zaoferowaniu barierek aluminiowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 14**

Czy w rozumieniu pkt 15 i 16 Zamawiający dopuści wygodny pilot przewodowy z możliwością sterowania wszystkimi funkcjami łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu funkcji Trendelenburga i anty-Trandelenburga w łóżku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga funkcji Trendelenburga i anty-Trandelenburga w łóżku.

**Zał. nr 1b – sztuk 11**

**Pytanie nr 16**

Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 970 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Zał. nr 1c – sztuk 4**

**Pytanie nr 17**

Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 970 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganego ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18**

Pytanie.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ?





**Odpowiedź:** W pkt VIII Zapytania ofertowego, Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu podpisania umowy?

**Odpowiedź:** Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany do 31 stycznia 2019 r.

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (część I) o szerokości całkowitej 990 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (część I) z leżem nie przeziernym dla promieni RTG?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22**

Czy w związku z punktem 13 i 14 Zamawiający dopuści łóżko (część I) z barierkami o długości około  $\frac{3}{4}$  długości leża spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (część II i III) o całkowitej szerokości 925 mm (szerokość łóżka bez barierki bocznych 850 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (część II i III) o długości całkowitej 2130 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (część II) i III bez pilota przewodowego opisanego w pkt. 5 jeżeli proponowane łóżko jest łóżkiem hydraulicznym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26**

Czy w związku z punktem 11 i 12 Zamawiający dopuści łóżko (część II i III) z barierkami o długości około  $\frac{3}{4}$  długości leża spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części?

**Odpowiedź:** W pkt VIII Zapytania ofertowego, Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia.

**Pytanie nr 28**

Część nr II - Łóżko 11szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 900 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.