



**STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieście Lubawskim**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI, MENIA
I SPRAW GOSPODARCZYCH**

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 05.11.2019 r.

GM.272.58.2019

Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: **„Dostawę urządzeń medycznych dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.”**

w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

„Dotyczy: Zadanie I – dostawa urządzenia do kompresji klatki piersiowej - firmy Stryker typ LUCAS 3 - 1 szt.

Pytanie 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności wysokiej klasy urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, cenionego niemieckiego producenta o poniższych parametrach: Cykl pracy: 50% kompresja / 50% dekompresji; Działanie urządzenia w pełni elektryczne; Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC / Głębokość – od 2 do 6 cm/ częstość od 80 do 120 uciśnień/minutę; Trzy tryby pracy: 30:2, 15:2, ciągły; Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny / zasilanie ze ściany karetki 12 V DC / zasilanie z gniazda sieci 230 V AC. Czas ładowania akumulatora wewnętrznego 135 minut; Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC); Ładowanie urządzenia bez otwierania / wyjmowania go z plecaka/torby wraz z widocznym wskaźnikiem stanu naładowania baterii; Ładowarka wewnątrz urządzenia; Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: 90 - 120 minut; Ilość cykli ładowania akumulatora 300 cykli z możliwością podglądu bezpośrednio na urządzeniu; Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta; Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą/plecakiem 12 kg; Możliwość zgrania danych za pomocą dedykowanej karty o parametrach prowadzonej resuscytacji z urządzenia na komputer; Wyposażenie aparatu: torba, deska pod plecy przezierna dla promieni X, elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 2 szt.), 1 akumulator, zasilacz 230 V AC, ładowarka 12 V DC, system pasów mocujących do noszy reanimacyjnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Wszystkie wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie ulega zmianie** i jest wyznaczony na dzień **7 listopada 2019 roku do godziny 10.00**. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Pracownik prowadzący sprawę: Beata Widźgowska