



**STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowym Mieście Lubawskim**

**WYDZIAŁ INWESTYCJI, MIENIA  
I SPRAW GOSPODARCZYCH**

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 25.11.2016 r.

GM.272.2.8.2016

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na „Dostawę ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z o.o. ”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ z zabudową z płyt ze średnio twardego tworzywa sztucznego (z którego jest wykonana zabudowa większości ambulansów1) w Polsce ) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą bez elektrycznie podgrzewanej przedniej szyby i kurtyn powietrznych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odbiór ambulansu w siedzibie Wykonawcy, pod warunkiem zwrotu kosztów dojazdu przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika przez Wykonawcę.

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ z układem wydechowym o innej konstrukcji niż przedłużenie go do końca pojazdu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

**Pytanie 5.**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby zamiast potwierdzenia wykonanego testu zderzeniowego wykonawca przedstawił Certyfikat Zgodności z normą PN EN 1789 wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, co stanowi dokument "wyższej" rangi niż samo potwierdzenie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

#### **Pytanie 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ z lawetą posiadającą mechaniczną regulację jej wysokości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie .

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanej marki Ferno charakteryzujące się następującymi parametrami?:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;
- nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
- z możliwością płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej ;
- rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
- z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
- możliwość montażu dodatkowego zestawu pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej
- ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia , z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki
- z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
- nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału
- z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych
- obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg
- waga oferowanych noszy 18 kg
- z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;
- regulacja wysokości w sześciu poziomach;
- wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm, 2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach.
- waga transportera 22 kg
- - **gwarancja na oferowany system transportu 60 miesięcy ?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie z wyjątkiem:

- a) ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia, z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki – Zamawiający wymaga wieszaka do kroplówki umożliwiającego zamocowanie min. dwóch toreb z płynami infuzyjnymi,

- b) wszystkie koła jezdne o średnicy 125 mm, 2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach – Zamawiający wymaga 4 kółek skrętnych w zakresie 360 stopni.

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę tzw. dwuetapową, czyli sprzedaż na dwóch fakturach. Pierwsza dotyczy samochodu bazowego i wyposażenia medycznego, a druga zabudowy medycznej ambulansu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy tzw. dwuetapowej z uwagi na finansowanie ambulansu z dotacji przekazywanej na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i koniecznością rozliczenia dotacji do dnia 29 grudnia 2016 r.

### **Pytanie 9**

Wymogiem zamawiającego jest, aby ambulans posiadał "radioodtwarzacz CD".

Czy oznacza to, że jest wymagane fabryczne radio CD z instalacją producenta pojazdu bazowego przebadane na kompatybilność elektromagnetyczną z regulacją umieszczoną pod kołem kierownicy oraz na panelu radia ?

Wyjaśniamy, że takie rozwiązanie zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem, a ponadto eliminuje wszelkie możliwe zakłócenia elektromagnetyczne wpływające na pracę urządzeń sygnalizacyjnych np. belki świetlnej, świateł ostrzegawczych itp ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

### **Pytanie 10.**

W przypadku zgody na dostawę tzw. dwuetapową, prosimy o możliwość sprzedaży samochodu bazowego oraz wyposażenia medycznego na fakturze wystawionej najpóźniej do 20.12.2016r oraz na wystawionej po tym terminie drugiej fakturze obejmującej tylko zabudowę medyczną ambulansu ?

Odpowiedź: Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 8.

Na podst. art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje, że została dokonana zmiana w § 6 załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy w zakresie dopisania ust. 3 w brzmieniu:

„3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych”.